

QUESTIONS/REPONSES CONCERNANT LE CSC BEN19010-10028

Questions	Réponses
<p>I. Pour le lot 1, le soumissionnaire doit remplir les exigences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Être immatriculé dans le pays d'origine et être spécialisé dans la fourniture des équipements informatiques ou électriques ou électroniques <p>II. Pour les lots 2, 3, 4 et 5, le soumissionnaire doit remplir les exigences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Être immatriculé en tant que société dans le pays d'origine et être spécialisé dans la fourniture de consommables et équipements médicaux <p>Est-ce que le « pays d'origine » signifie le Bénin ? ou simplement le pays d'origine de la société qui répond En d'autres termes, est-ce que l'appel d'offre est ouvert aux sociétés internationales ou réservé aux sociétés béninoises ?</p>	Le pays d'origine c'est le pays où l'entreprise est établie. Le marché est ouvert à l'international et toute entreprise qui remplit les exigences du CSC BEN19010-1028 peut soumissionner quel que soit le lieu d'établissement de son siège social
<p>2.8 Quantités</p> <p>La détermination des quantités se fera au moyen de bons de commande. La première commande contient des quantités minimales sur lesquelles le pouvoir adjudicateur s'engage une fois le marché conclut.</p> <p>L'offre financière doit se baser sur les quantités minimales par item uniquement ?</p>	L'offre financière est basée sur les quantités par item repris dans l'inventaire (bordereau de prix) du CSC BEN19010-10028. Une fois le marché conclu, le premier bon de commande concerne les quantités minimales repris dans le CSC. Les commandes ultérieures seront émises en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur. Les quantités pour ces commandes ne sont donc pas précises et connues d'avance.
<p>Faisant suite à votre appel d'offres n° BEN19010-10028 Marché de Fournitures relatif à " l'acquisition d'équipements pour les soins obstétricaux et néonataux d'urgence (SONU) et les maladies non transmissibles (MNT) au profit des formations sanitaires du département des Collines, de l'Atlantique et du Couffo "LOT 2 : EQUIPEMENTS SONU</p> <p>Notre Fournisseur a besoin de quelques précisions sur certains articles de la boite de DIU qui sont : BOITE DE DIU</p> <p>01 Pince de Kelly, Veuillez préciser la taille, 02 Porte Pince à Servir, Veuillez préciser la taille taille, 03 Pince Alligator, Veuillez préciser la taille</p>	<p>Les précisions sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pince de Kelly : Longueur : 28 cm ± 2 cm 2. Porte-pince à servir : Taille : 55 mn x 180 mm ± 5mm 3. Pince alligator : Longueur : 23 cm ± 2 cm

<p>Concernant LOT 3 Appareil d'imagerie: Item 3. Échographe couleur 4D Il est demandé au point 8 :</p> <p>8- Sonde:</p> <p>"Sonde électronique matricielle : 01 au moins "Sonde endovaginale : 01 au moins "Sonde abdominale : 01 au moins "Sonde linéaire : 01 au moins</p> <p>Clarification / Sonde électronique matricielle : 01 au moins Pouvez-vous préciser le type de sondes dont vous avez besoin ? (Linéaire, convexe, cardiaque ou autres)</p> <p>Clarification / •Sonde électronique matricielle : 01 au moins, •Sonde endovaginale : 01 au moins •Sonde abdominale : 01 au moins •Sonde linéaire : 01 au moins Pouvez-vous également préciser la plage de fréquence pour toutes les sondes</p>	<p>Les réponses aux 02 clarifications sont dans la même description.</p> <p>Clarification 1 : Préciser le type de sonde Clarification 2 : Préciser la plage de fréquences</p> <p>Réponse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonde électronique matricielle : sonde ultrasonore 4D, linéaire, fréquences de 2,5 à 4MHz • Sonde endovaginale : Sonde endocavitaire, fréquences de 4 à 8 MHZ • Sonde abdominale : sonde volumique, incurvée/convexe, fréquences de 3,5 à 6MHz • Sonde linéaire : sonde linéaire, fréquences de 3 à 6MHz
--	--