

**RESPONSES AUX QUESTIONS D'ECLAIRCISSEMENTS
NER22001-10874**

Marché de Fourniture, installation et formation des utilisateurs et techniciens de maintenance des équipements pour les Centres de Santé Mère et Enfant de Dosso et Tillabéri, le Centre Ami de Jeune de Yelou et les Districts Sanitaires de Gaya, Gotheye et Dioundiou dans le cadre du projet PASS SUTURA.

Procédure Ouverte

Code projet : NER2100311

QUESTIONS POSEES	RESPONSES PROPOSEES
1. Vous souhaitez que nous livrions sur des sites et vous bénéficiez d'une exonération de taxes et de douanes. Quelle référence Incoterm souhaitez-vous que nous utilisions DDP, CIF, DAP etc.	<p align="center">Veillez utiliser la référence Incoterm DDP.</p>
Item 19 -Veillez confirmer la taille de la couverture	<p align="center">Dimension environ 240 x 95 cm</p>
Item 3-Veuillez confirmer le nombre de conteneurs de 4 litres nécessaires pour la machine d'aspiration portable. Veuillez indiquer les dimensions de la machine d'aspiration portable.	<p align="center">Aspirateur autonome 2 bocal 4 litres = Un aspirateur avec deux conteneurs donc chacun fait 4 litres, Pour l'aspect lié à la dimension de la machine, le soumissionnaire devrait plus se pencher sur les spécifications techniques demandés dans le Cahier Spécial des Charges -CSC à savoir : le débit, la Tension d'alimentation, Dépression réglable etc..</p>
<u>Item 41</u> : La désignation de l'article fait référence un scialytique mobile, mais les spécifications demandées ne le mentionnent pas. Voulez-vous un scialytique plafonnier ou un scialytique sur pied ?	<p align="center">Un scialytique mobile est un scialytique sur pied qu'on peut déplacer. Nous voulons un scialytique sur pied.</p>
Est-il possible pour vous de clarifier les conditions de paiement car cela n'est pas clair dans les documents d'appel d'offres. Il précise ce qui suit qui est ambigu suivant le texte ci-dessous du DAO page 28 Compte tenu de cela, nous pouvons que supposer une avance de 30% contre une caution bancaire et 70% à la réception provisoire ou définitive	<p align="center">Cette partie de notre cahier spécial des charges/DAO veut dire tout simplement qu'une avance démarrage (30% du montant de votre offre) peut vous être accordée si vous en faites la demande à condition que cette avance soit couverte par une garantie (à 100% de l'avance). Le remboursement de cette avance se fait :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soit par prélèvement sur les acomptes en cas de réceptions partielles des fournitures ; • Soit par déduction du montant de l'avance sur le montant du marché à la réception provisoire en cas de réception globale des fournitures.

Nous avons remarqué pour le LOT 1 que la liste des quantités (chapitre 6.2 formulaire d'offres) est différente de la liste des quantités des spécifications techniques (chapitre 5.2) et de la distribution sur site (chapitre 5.3) pour 3 items.

Pouvez-vous nous confirmer les quantités demandées pour les items suivants ?

ITEM 36. Pantalon antichoc
ITEM 54. Tensiomètre électronique
ITEM 57. Ventouse obstétricale

Veuillez considérer les quantités sont les suivantes :

ITEM 36. Pantalon antichoc 30 Unités

ITEM 54. Tensiomètre électronique 8 Unités

ITEM 57. Ventouse obstétricale 40 Unités