

PV de la réunion de séance d'information : BDI 23005_10073 « Fourniture et installation des équipements médicaux des Centres de santé et Hôpitaux »

Lieu : *En ligne* : Via teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNjMDkxNTQtYjJLNi00MzljLTk3MjQtYjg1ZGM4NjQxNDQ3%40thred.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228552ee09-2fab-421d-9ef7-664207bcf596%22%2c%22Oid%22%3a%220d135349-2852-4595-a571-5374c509cd9d%22%7d

Présence : Salle des réunions : Commune Mukaza, Q. Rohero 1, Avenue Bisoro n° 22, Kabondo Ouest : 1^{er} Niveau (Bâtiment Santé , Bujumbura– Burundi

Présences : Enabel : Fabrice NTWARI, Francine NININAHAZWE

Soumissionnaires potentiels (Voir liste en annexe)

Début de la réunion : 11h00

Fin de la réunion: 11h 30

Déroulement de la réunion

Une séance d'information a eu lieu en date du 10/02/25 comme décrit dans le cahier spécial de charges ; BDI 2005_10073 , en son chapitre 3 « Objet et Portée du marché », information.

- I. Le Président de la séance a informé les participants de l'objet de la réunion qui consistait à clarifier certains points du marché surtout des questions en lien avec les aspects administratifs, contractuels et techniques, entre autre :
 1. Généralités : objet et nature du marché., règle régissant le marché et respect du code éthique , politique d'Enabel ;
 2. Allotissement du marché : 2 lots et chaque lot formant un tout indivisible
 3. Lieu de livraison : Les Provinces sanitaires de Cibitoke et Kirundo ainsi que les hôpitaux de Ngozi (Nord de Bujumbura) et Rumonge (Sud) ;
 4. 19/02/25 : Au lendemain du 19/02 toutes les réponses apportées aux questions posées seront publiés sur les sites (BDA, JOUE, Site Web Enabel). Toutefois, le soumissionnaire est tenu de dénoncer toute lacune au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres ;
 5. L'ouverture des offres du 03/03/25 est publique. Les soumissionnaires étrangers sont priés d'envoyer à temps leurs offres électroniques. A ne pas attendre le dernier jour. Seules les offres électroniques des sociétés étrangères seront acceptées :
 6. Le DUME (Document Unique du Marché Européen) est à compléter et signer pour tous les soumissionnaires, à défaut, l'offre est rejetée
 7. Le prospectus de chaque item est requis. Une fiche technique est recommandée pour chaque item en vue de faciliter la comparaison (Marque, Modèle, descriptif)

8. S'assurer de la complétude de tous les items dans le bordereau de prix car l'omission d'un ou plusieurs items est interdit
9. Les offres reçues tardivement soit en ligne ou physiquement seront rejetées

II. Questions posées

- a) Julie Marion (MISSIOPHARMA) :
 - Besoin d'une version modifiable pour les spécifications techniques (La version sera envoyée aux soumissionnaires qui se sont manifestés et va être postée sur différents sites)
 - Bordereau des prix actualisé (On en tiendra compte dans l'addendum)
- b) Frauke Pierl (JOH ACHELIS) :
 - a) Références similaires (2018-2023) : Pour un contrat signé en 2018, mais dont l'exécution a eu lieu en 2019 voire 2020 peut être considéré comme référence similaire ? (Oui il sera Considéré)
- c) Cyrille Paulin MUZERWA (Empire Medical Suppliers) : Appareil d'anesthésie sera équipé du moniteur de surveillance (Respecter les Spécifications techniques décrites)

La réunion s'est clôturée à 11h30 min avec la promesse de publier certaines questions et réponses déjà posées. Le Pouvoir Adjudicateur est disponible pour apporter l'une ou l'autre clarification au fur et à mesure jusqule 19/02/2025.

Rapporteur : Fabrice NTWARI



Annexe :

[Liste Participants à la séance d'information BDI 23005_10073.pdf](#)