

CSC BEN22005-10022

REPONSES AUX QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES

Question 1 : Dans le tableau d'inventaire nous avons le **détecteur de pouls foetal** mais qui ne figure pas dans la liste des spécifications

Réponse: Le détecteur de pouls foetal est retiré de la liste des équipements. Il n'est plus à considérer dans l'inventaire

Question 2 : Le **Gestogramme** est dans le tableau des spécifications mais n'est pas mentionné dans l'Inventaire.

Réponse: Le Gestogramme est bel et bien mentionné dans l'Inventaire (Voir page 48).

Question 3 : Au niveau du tableau des quantités présumées (**2.8 /Pg 12**), le **thermomètre électronique** est mentionné avec deux différentes quantités. Que devons-nous considérer ?

Réponse: Le thermomètre électronique est mentionné une seule fois à la page 12 du CSC, avec une quantité de 8 unités.

Question 4 : Combien de voies souhaitez-vous pour le Perfuseur ??

Réponse : il s'agit du perfuseur standard (consommable)

Question 5 : Quelles sont les dimensions souhaitées pour les articles suivants : **Bande Velpeau, Bassin réniforme.**?

Réponse: Les dimensions des articles sont :

- **Bande Velpeau : 5m x 20 cm**
 - **Bassin réniforme : Capacité : 500ml**
-